

修理保証書

株式会社ミットヨ
テクノサービス事業本部



発行No. 3347860
品名 デジマチックキャリパ
型式 CD-60C
コードNo. 500-501-10
製造No. 0029090

受付日 2015-09-03
修理完了日 2015-09-10



ご用命の修理につきましては、以下の通り修理を行いました。
本商品につきましては、ミットヨの修理検査規格に適合していることを保証いたします。
今回の修理箇所につきまして万一不具合が発生した場合は、下記に示すとおり、無償で修理をさせていただきます。

《お願い》

- ◆ご使用の際には必ず**基点の確認**をしてからご使用ください。
- ◆測定器を常に良好な状態でご使用いただくためには定期的な点検及び校正をお勧めします。

《保証内容》

- 保証期間は本書記載の修理完了日より3ヶ月です。
保証期間内に故障の場合、弊社の責任で無償修理を行ないます。
その際、必ず本修理保証書を添付してください。
ただし、保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります。
- ◆お客様の不適当な取扱い、保管及び改造等による故障や損傷。
 - ◆異常電圧、指定外の仕様電源(電圧、周波数)による故障又は損傷。
 - ◆火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)による故障又は損傷。
 - ◆本書の提示が無い場合。
 - ◆その他当社の責任とみなされない故障または損傷。
- なお、消耗品の取替えは対象から除外させていただきます。

※この保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

修理内容明細

* 修理工程及び修理箇所、交換・補充部品

不具合確認 分解 清掃/洗浄 部品交換/修理箇所 組立 調整 検査

交換部品	<input checked="" type="checkbox"/> 外側修正								
	<input checked="" type="checkbox"/> 内側修正								
	<input checked="" type="checkbox"/> 摺動調整								
	<input checked="" type="checkbox"/> 電池								
	<input checked="" type="checkbox"/> 電池フタ								
修理箇所	<input checked="" type="checkbox"/> モジュール								

備考

製造No.変更通知書

今回、お預かりいたしました商品の製造No.を以下のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。
ご理解くださいますようお願いいたします。

変更前No. _____



変更後No. _____

変更理由(該当項目に✓印)

- 製造No.不明(不明確)のため
- 分解時銘板再生不良のため
- 部品損傷のため
- その他 (_____)