

管理番号

090308

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	プラズマクリーナー	電源	AC200v 50/60Hz 50A
型式	MPC-5000S	設置寸法	1020x1200x1880
メーカー	モリエンジニアリング	チャンバー	内寸 600x600x440
製造年	2012 2		プレート 450x345 間隔54mm
製造番号	MA12497	使用ガス	O2/CF4

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。
 装置立ち上げ、到達圧力12Pa O2ガス導入して自動及び手動動作共に放電確認。
 条件変更も問題なし。システム設定はオペレーター番号 1 パスワード 1 2 3 4 で変更可能。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

